«МедТехКонсалт»

Общество с ограниченной ответственностью «МедТехКонсалт»

ОГРН 1207700189597, ИНН 9718156995
107497, город Москва, Иркутская улица, дом 3
e-mail: mtk-20@mail.ru
телефон: +7 (499) 650-78-78

Дата 31 января 2023 г. № б/н

На № от

Директору по проектированию АО «МСУ-1»
**Воронковой Л.А.**

**Уважаемая Людмила Александровна!**

Просим подтвердить, что в рамках выполнения договора №106/01-42 от 09.09.21 по разработке рабочей документации, раздел «Медицинские технологические решения» (МТХ) здания ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2 Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания» на первом этаже блоков Б и В будет расположено следующее оборудование:

| Номер помещения | Наименование оборудования | Тип, марка | Завод изготовитель | Кол-во, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | Денситометр рентгеновский с принадлежностями | Progidy Pro | GE Healthcare | 1 шт. |
| 1025 | Томограф компьютерный рентгеновский | SOMATOM Edge Plus | Siemens | 1 шт. |
| 1035 | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой | MAMMOM AT Revelation | Siemens | 1 шт. |
| 1043 | Аппарат рентгеновский мобильный | MobileDart Evolution | SHIMADZU, Япония | 1 шт. |
| 4002<br>4004 | Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая (С-дуга) | PHILIPS ZENITION 70 | Philips Healthcare | 1 шт. |
| | Стоматология: | | | |
| 1070<br>1071 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков | Heliodent plus | DentsplySirona. Австрия | 4 шт. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1076<br>1077 | Радиовизиограф интраоральный | Sirona XIOS XG | DentsplySirona. Австрия | 4 шт. |
| 1084 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков | Heliodent plus | DentsplySirona. Австрия | 1 шт. |
| | Радиовизиограф интраоральный | Sirona XIOS XG | DentsplySirona. Австрия | 1 шт. |
| | Компьютерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью | OrthophosXG 3D | DentsplySirona. Австрия | 1 шт. |

Кроме того в блоке помещений 1047-1050 запроектирован Магнитно-резонансный томограф Magnetom Vida 3T производства Siemens AG Medical Solutions, Германия.

В случае замены марок оборудования в кабинетах денситометрии (пом.1041), компьютерной томографии (пом.1025), маммографии (пом.1035), малых операционных (пом.4002;4004), рентгена (пом.1043), стоматологии (пом.1070;1071;1076;1077;1084) потребуется перерасчет радиационной защиты помещений с последующим согласованием в ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации, а так же в ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы». Проект установки МРТ требует согласования в ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с требованиями действующих Санитарных правил и норм "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований» СанПиН 2.6.1.1192-03 проекты разрабатываются для конкретных марок оборудования, а для КТ и МРТ - на основании задания фирмы-производителя/поставщика оборудования.

До окончательного согласования и утверждения марок и технических характеристик оборудования, получения задания от фирм-производителей/поставщиков предлагаем не проводить строительно-монтажные работы по подготовке помещений к установке оборудования

С уважением,

Генеральный директор ООО «МедТехКонсалт» К.К. Котлуков